

hi-tec

WWW.HITEC-MED.CA

تب سنج دیجیتال هایتک مدل KFT-05

درجه حرارت نرمال چیست؟

اگرچه حرارت 37°C درجه حرارت نرمال خوانده میشود اما این مقدار در محدوده 36.1°C تا 37.2°C هم نرمال تلقی میشود. درجه حرارت تحت عواملی مانند فعالیت بدنی سیگار کشیدن، خوردن و آشامیدن و... قابل تغییر است. همچنین درجه حرارت بدن در صبح هنگام پایین تر از عصر است. دمای اندازه گیری شده زیر زبانی 0.5° تا 1.0° درجه سانتیگراد از دمای معمدی کمتر و 0.5° تا 1.0° درجه از دمای اندازه گیری شده زیر بغلی بیشتر است.

مشخصات کلی دستگاه:

■ محدوده اندازه گیری: $32^{\circ}\text{C} \sim 42^{\circ}\text{C}$

■ پیغام درجه حرارت پایین تر از حد نرمال $L^{\circ}\text{C} (< 32^{\circ}\text{C})$

■ پیغام درجه حرارت بالاتر از حد نرمال $H^{\circ}\text{C} (> 42^{\circ}\text{C})$

■ دقت سنجش: $0.1^{\circ}\text{C} \pm 0.5^{\circ}\text{C}$

■ صدای نمایشگر درجه نرمال: ۱۰۰ صدای بوق طولانی در ۱۰ ثانیه

■ صدای نمایشگر تب (37.8°C): ۳۰ صدای بوق کوتاه در ۱۰ ثانیه

■ زمان خاموش شدن خودکار: ۲: ± 8 دقیقه

■ نوع باتری: LR1130, 1.5 V

■ طول عمر باتری: ۲ سال یا ۲۵۰۰ بار استفاده از دستگاه

■ ابعاد: $10 \times 125 \times 28 \text{ mm}$

■ شرایط عملکرد: دمای $40^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$ و رطوبت $85\% \sim 90\%$

■ شرایط نگهداری: دمای $60^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$ و رطوبت $25\% \sim 90\%$

ضد آب:

نحوه عملکرد:



♦ دکمه روشن/خاموش را بفشارید. با شنیدن صدای بوق نمایشگر را به مدت ۲ ثانیه نمایش میدهد.

♦ پس از نمایش $L^{\circ}\text{C}$ دماسنجد برای اندازه گیری آماده است.

♦ توجه داشته باشید که اگر دمای محیط بیش از 22°C باشد نمایشگر به جای C° دمای محیط را نمایش میدهد.

♦ برای اندازه گیری دمای زیر زبانی دماسنجد را زیر زبان قرار دهید. سپس لبها را کاملا ببندید.

♦ دماسنجد را تا شنیدن صدای بوق (حدود یک دقیقه) در زیر زبان نگه دارید.

♦ به منظور اندازه گیری دمای زیر بغل دماسنجد را زیر بغل قرار دهید.

♦ ۲-۴ دقیقه صبر کنید. پس از شنیدن صدای بوق دمای اندازه گیری شده را بخوانید.

♦ سپس ۵/۰ واحد به عدد خوانده شده اضافه کنید.

♦ برای اندازه گیری دمای مقعد سر دماسنچ را توسط مواد لغزده ساز چرب کرده و آن را حدود یک ساعتی متر وارد مقعد کنید.

♦ تا شنیدن صدای بوق حدود یک دقیقه زمان می برد.

♦ بعد از اندازه گیری ۵/۰ واحد از عدد نمایش داده شده کم کنید.

♦ پس از اندازه گیری دماسنچ را با آب سرد و صابون و الکل طبی کاملا تمیز کنید.

♦ با فشردن دکمه روش/خاموش دستگاه را خاموش کنید، در غیر این صورت پس از حدود ۱۰ دقیقه دستگاه به صورت اتوماتیک خاموش می شود.

نحوه تعویض باتری:

♦ هنگامی که علامت  در سمت راست صفحه نمایش داده شد اقدام به تعویض باتری کنید.



♦ درب محافظ باتری را بردارید.



♦ زبانه باتری را حدود ۱۸mm بیرون بکشید

♦ ابزار مناسبی برای درآوردن باتری انتخاب کرده و باتری را تعویض کنید.



نکات مهم :

* این دستگاه را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

* در حین اندازه گیری درجه حرارت از راه رفتن، دویدن و صحبت کردن بپرهیزید.

* پس از استفاده، آن را در جعبه محافظ قرار دهید.

* از قرار دادن تب سنج در معرض نور خورشید، گرد و غبار، رطوبت و حرارت زیاد جدا خودداری کنید.

هایتک آمیزه ای از صنعت، دقت، تکنولوژی و هنر

درباره شرکت هایتک

هایتک کانادا با سالها تجربه در زمینه تولید لوازم و تجهیزات پزشکی و سلامتی از جمله شرکت های مطرح تولید کننده این محصولات در جهان محسوب می شود وهم اکنون شرکت فاره با شناسایی نیازهای جامعه ایرانی به عنوان نماینده انصاری هایتک کانادا مفتخر به ارائه محصولات و خدمات پس از فروش در ایران است.

هایتک محصولات خود را با برترین استانداردهای جهانی که شامل طبقه بندی متنوعی از ترازو، ماساژور، فشارسنج، تب سنج، کمربند لاغری، مرطوب کننده هوا، دستگاه بخار، محصولات گرمایی و ... است، با قیمت مناسب و کیفیت برتر به مشتریان عرضه می نماید و به منظور برآورده ساختن تمامی نیازهای مصرف کنندگان، بطور مستمر بر تنوع محصولات خود می افزاید.

» تمامی محصولات سلامتی و طبی هایتک کانادا تنها با گارانتی معتبر شرکت فاره در ایران ارائه می شود.

» برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و سایر محصولات هایتک به سایت www.hitec-med.ir مراجعه نمایید.